

Rīga

2015.gada keļ. Nr. 34/2015

Tehniskā piedāvājuma forma

LSPA prasība	SIA "G Kolizejs" piedāvājums
1. Bezvadu elektromiogrāfs ar vismaz 8 kanāliem	1. <u>BTS FREEEMG 1000 8 channels</u>
2. Aparatūra jauna vai mazlietota, bet pilnībā funkcionējoša;	2. <u>Jauna, pilnībā funkcionējoša</u>
3. Bezvadu elektromiogrāfija ar tiešsaisti - "real time" datu pārraidi;	3. Bezvadu elektromiogrāfija ar tiešsaisti - "real time" datu pārraidi, (wireless IEEE802.15.4)
4. Vismaz 8 bezvadu raidītāji;	4. 8 bezvadu raidītāji;
5. Vismaz 1USB datu saņēmējs;	5. 1USB datu saņēmējs;
6. Vismaz 1bezvadu raidītāju lādētājs;	6. 1bezvadu raidītāju lādētājs
7. Elektrodu un pārraidītāju pašsvars maksimāli 10 gr.;	7. Elektrodu un pārraidītāju pašsvars ap 10gr. ieskaitot bateriju;
8. Pierakstīšanas diapazons – minimāli 20-30 m;	8. Pierakstīšanas diapazons – līdz 20 m;
9. Frekvence 1KHz;	9. Frekvence 1KHz;
10. Rezolūcija 16 bit;	10. Rezolūcija 16 bit;
11. Vismaz 6-10 stundas autonomais ierakstīšanas darbības režīms;	11. Bezvadu raidītāju darbības ilgums ar vienu uzlādi – līdz 8 stundām nepārtrauktas ierakstīšanas režīmā. 2-3 dienas „Stand-by” režīmā;
12. Iespējas sinhronizēt ar spēka platformām BTS P-600 un videokamerām BTS VIXTA;	12. Jā
13. Iespējas papildināt sistēmu ar elektrogoniometriem un bezvadu elektrodiem, kas domāti speciāli darbā ar izokinētisko dinamometru;	13. Jā
14. <u>Datu apstrādes programma ar sekojošām iespējām:</u>	14. <u>Datu apstrādes programma ar sekojošām iespējām:</u>
14.1. Iespēja sastādīt jaunus apstrādes protokolus	14.1. Jā
14.2. Arhīvs datu bāzē ierakstīto datu glabāšanai	14.2. Jā
14.3. Grafiskais interfeiss	14.3. Jā
15. Apkalpošanas ietvaros jānodrošina:	15. Apkalpošanas ietvaros jānodrošina:
15.1. aparatūras darbības tehniskā un funkcionālā stāvokļa regulāro pārbaudi vismaz vienu reizi mēnesī;	15.1. Jā
15.2. problēmas novēršana divu darba dienu laikā pēc problēmas konstatācijas un pasūtītāja pieteikuma saņemšanas. Ja šādā termiņā problēmas novēršana objektīvi nav iespējama, aparatūra jāaizstāj ar citu atbilstošu.	15.2. Jā
16. Izpildītājs vai nu apdrošina aparatūru, novēršot pasūtītāja atbildību par bojājumiem vai zudumu, vai arī apņemas necelt pretenzijas pret pasūtītāju par aparatūras bojājumiem vai zudumu, ja vien tie nav radušies tieši un cēloņsakarīgi pasūtītāja tīšas darbības rezultātā.	16. Jā

NOMNIEKS

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Reģ. Nr. 9000005243

Brīvības gatve 333, Rīga, LV- 1006

Tālr.: 67543410; Fakss: 67543480

Rektors prof. J.Žīdens



IZNOMĀTĀJS

SIA „G Kolizejs”

Reģ. Nr. 44103017158

Brīvības gatve 439, Rīga, LV-1024,

Tālr.: 67994044

Valdes loceklis G.Kuzņecovs

